

Herr
Alexander Profito
1234 Traumstadt
Schlossallee

Messmittelüberwachung

Defekte und fehlende Messmittel

Zuständig Herr Schneider

DS 0002

Drehmomentschlüssel
15 Nm

Peter Schmidt

Sichtprüfung nicht bestanden. - > Keine Kalibrierung durchgeführt
24.11.2012 Nicht freigegeben

MU 0001

Messuhr
0 - 3 0,01

Hans Müller

Sichtprüfung in Ordnung - Messprüfung nicht in Ordnung.
24.11.2012 Nicht freigegeben