

KENNUNG	WERKZEUGNAME	REFERENZ	REFERENZ	REFERENZ	BEFUND
ANWENDER	MESSBEREICH	PRÜFWERT 1	PRÜFWERT 2	PRÜFWERT 3	BEMERKUNG
MS 0001	Meßschieber	0	41,2	131,4	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Hans Müller</i>	0 - 150 0,05				
Schrank4 oben					
MS 0002	Meßschieber	0	41,2	131,4	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Peter Schneider</i>	0 - 150 0,05				
Werkbank1 Messmittel					
MS 0003	Meßschieber	0	41,2	131,4	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Michael Mustermann</i>	0 - 150 0,05				
Schrank3 oben					
MS 0004	Meßschieber	0	41,2	131,4	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Heinrich Lagermann</i>	0 - 200 0,05				
Schrank2 mitte					
MS 0005	Meßschieber	0	41,2	131,4	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Dieter Mannag</i>	0 - 150 0,05				
Schrank4 mitte					
MS 0006	Meßschieber	0	41,2	131,4	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Sven Neumann</i>	0 - 150 0,05				
Schrank2 mitte					
MS 0007	Meßschieber	0	41,2	131,4	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Rainer Saubermann</i>	0 - 150 0,05				
Schrank4 unten					
MS 0008	Meßschieber	0	131,4	281,2	In Ordnung <input type="checkbox"/>
<i>Peter Schneider</i>	0 - 350 0,05				
Schrank1 unten					

Referenz : Hommel-Endmaßkasten 70533

Bearbeitet

Datum

Fa.
Service GmbH
- Bochum -

Strasse Nr. 100
1234 Entenhausen

Prüfprotokoll

Formularerstellt am
15.07.2012

KENNUNG	WERKZEUGNAME	REFERENZ	REFERENZ	REFERENZ	BEFUND
ANWENDER XX.....	MESSBEREICH	PRÜFWERT 1	PRÜFWERT 2	PRÜFWERT 3	BEMERKUNG
		.	.	.	In Ordnung <input type="checkbox"/>
Werkzeugneuanlegen					

Referenz : Hommel-Endmaßkasten 70533

Bearbeitet

Datum